



**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

**Отдел государственного контроля и надзора в Псковской области**

юр. адрес СЗМТУ : 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.19, корп.27, лит.У тел/факс (812) 251-63-49  
юр. адрес. отдела: 180007, г. Псков, ул. М. Горького, д.53, к.1, тел.(8112)56-11-32, факс (8112)56-12-32

Директору Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Пушкиногорский дом ветеранов».....  
наименование субъекта хозяйственной деятельности

Васильевой Татьяне Викторовне

фамилия, имя, отчество руководителя или индивидуального предпринимателя

Псковская область, г. Пушкинские Горы, Больничный городок, д.14

адрес субъекта хозяйственной деятельности

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от « 22 » ноября 2017 г.  
№ 17.....

Выдано на основании акта проверки  
от « 22 » ноября 2017г. № 9/47

При осуществлении государственного метрологического надзора за соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений установлено в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Псковской области «Пушкиногорский дом ветеранов»:

- п.1ст.5, п.1 ст.9, п.1 ст.13 Закона РФ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

применяются средства измерений с нарушением нарушение метрологических требований  
указать факты нарушений и наименование законодательного акта, нормативного правового документа по обеспечению единства измерений,

к измерениям, обязательных метрологических и технических требований к средствам  
требования которых нарушены (применение и выпуск средств измерений неутвержденных типов, непереносимых, несоответствующих утвержденному типу,

измерений. Перечень данных средств измерений в количестве 2 ед.( анализатор паров этанола в  
выдыхаемом воздухе Alcoscan AL100 и анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АГ-  
применение неаттестованных методик выполнения измерений, факты нарушений,

1200 без сведений о поверке указан в прилагаемом к акту проверки «Протоколах проверки их  
обозначение и наименование нормативных документов, содержащих требования к количеству расфасованных товаров в упаковках

применения средств измерений в целях установления их соответствия обязательным  
требованиям».

указываются партии фасованных товаров в упаковках, признанные бракованными, указываются признаки забракования

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» указанные нарушения в срок до « 22 » февраля 2018г. **ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ - поверить средства измерений**  
перечень устраняемых нарушений

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»  
применение 14 ед. вышеуказанных средств измерений

выпуск и/или применение, ввоз, продажу

тип, номер средств измерений

стандартных образцов

тип и регистрационный номер стандартного образца

с « 22 » ноября 2017 г. **ПРЕДПИСЫВАЮ ЗАПРЕТИТЬ** до устранения выявленных нарушений.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет наложение административного штрафа.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до « 22 » февраля 2018 г.


Государственный инспектор ОГКиН  
в Псковской области  
должность лица, осуществляющего мероприятие по контролю

  
.....  
подпись

С.И. Хмелляр  
инициалы, фамилия

С предписанием ознакомлен(а) и один экземпляр получил(а) «.....»..... 2017г.

Директор ГБУСО «Пушкиногорский дом  
ветеранов»

  
.....  
подпись

Т.В.Васильева  
инициалы

Главное государственное  
управление социальной защиты населения  
Псковской области

Государственное бюджетное  
учреждение  
социального обслуживания  
Псковской области

**«Пушкиногорский  
дом ветеранов»**

(ГБУ УСО «Пушкиногорский дом ветеранов»)

Больничный городок, д. 14,  
р.п. Пушкинские Горы, Пушкиногорский район  
Псковская область, 181370  
тел./факс (881146) 2-34-09, тел. 2-30-68, 2-37-96

pgdomvet@yandex.ru

№ 20.02.2018г.


Государственному инспектору  
ОГКН в Псковской области  
Хмелляр С.И.

В соответствии с Вашим предписанием от 22.11.2017г. №9/47 ГБУСО «Пушкиногорский дом ветеранов» предоставляет информацию по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки Отделом государственного контроля и надзора в Псковской области:

№ п/п	Вид нарушений	Отметка о выполнении
1	Применяются средства измерений с нарушением метрологических требований в количестве 2 ед.-(анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcoscan AL100 и анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АГ-1200 без сведений о поверке.)	Приобретен анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Марк 5 с заводской поверкой. Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcoscan AL100- проведена поверка от 27.11.2017г. Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АГ-1200- Проведена поверка от 24.11.2017г.

Копии документов прилагаются.

Директор  
ГБУСО «Пушкиногорский  
дом ветеранов»



Т.В.Васильева